BASSIN EVOLUE D'ACCOUCHEMENT

Document #1001660 rev B

SOMMAIRE

Engagement de qualité	3
Notes de l'instructeur	4
Articles inclus	5
Techniques enseignées	5
Généralités	6
Précautions et entretien	7
Garantie	7

Engagement de qualité

Ensemble,
nous nous engageons
à créer, concevoir, produire et commercialiser
des produits de qualité supérieure grâce
à un programme de communication équilibré
et un travail d'équipe entre salariés, directeurs, vendeurs et clients.
Tous ceux qui participeront à ce travail seront fiers de nos produits et de nos services ...

Le bassin d'accouchement est la partie inférieure réaliste d'un torse de femme adulte en vinyle, conçu pour enseigner et pratiquer des scénarios de naissance, y compris des accouchements normaux, anormaux et multiples.

En raison de la qualité de sa fabrication, le bassin devrait permettre de réaliser de nombreuses sessions de formation s'il est correctement entretenu.

Notes de l'instructeur:

Inclus avec CBS-1000:

(1) Fœtus mâle
(1) Fœtus femelle
(2) Caches d'estomac
(3) Insertions vulvaires
(6) Cordons ombilicaux
(1) Clamp
(2) Placentas
Talc
Gelée K-Y®
Valise de transport souple en nylon

Produits supplémentaires disponibles pour le mannequin:

CBS-1005	Module de palpation pour les manœuvres de Léopold
CBS-1010	Module de travail d'accouchement
GMD-S5001	Crâne mou avec fontanelles
GMD-S5005	Nouveau-né Susie

Techniques enseignées:

Les fœtus en vinyle peuvent être placés de manière à présenter les procédures obstétricales suivantes :

- Palpation fœtale du rachis, des genoux et des coudes
- Accouchement par le siège, complet, direct et anodin
- Accouchement vaginal normal
- Accouchement par césarienne
- Manœuvre de Ritgen
- Episiotomie
- Présentation par le sommet du crâne ou Vertex
- Manipulation intra-utérine
- Présentation Vertex/vertex, vertex/siège, siège/vertex ou siège/siège dans des naissances multiples
- Prolapsus du cordon ombilical
- Démonstration de placenta previa: totale, partielle et marginale

- Expulsion normale du cordon ombilical et du placenta
- Palpation des fontanelles fœtales
- Aspiration simulée du nez et de la bouche

Généralités:

Le bassin est présenté en position gynécologique afin de simuler une situation réaliste d'accouchement. La cavité pelvienne très ressemblante possède tous les principaux repères anatomiques et un tracé peint à la main du bassin osseux. L'abdomen du simulateur est équipé d'un cache souple en vinyle, amovible (et remplaçable) qui peut être fixé à l'extérieur de la paroi abdominale.

Deux fœtus très ressemblants, un fœtus male et un fœtus femelle, sont fournis avec le bassin. Les fœtus mesurent environ 48 cm et peuvent être palpés dans un grand nombre de positions. Les repères concernés, c'est-à-dire les fontanelles, les orbites, le nez, la bouche et les oreilles ainsi que la colonne vertébrale peuvent être palpés. Le cordon ombilical simule les artères et les veines qui relient le fœtus au placenta. Le placenta peint à la main peut être fixé à l'intérieur de la paroi abdominale pour simuler l'attachement du placenta à l'endomètre.

La "plaque d'extrémité" amovible du diaphragme permet de positionner et de déplacer le fœtus de manière caudale, c'est-à-dire vers le bas à travers la filière pelvienne. La filière pelvienne a des dimensions moyennes et/ou normales. L'insertion vulvaire périnéale est en vinyle mou et peut être remplacée.

La filière pelvienne est simulée dans une situation de dilatation moyenne à une dilatation complète, montrant un stade avancé du travail. Du talc est utilisé pour simuler le sang ; de ce fait la procédure qui en résulte est réaliste mais pas "salissante".

PRECAUTIONS ET ENTRETIEN:

1. Nettoyer à l'aide de savon doux et d'eau ; ne pas immerger le bassin ou les pièces détachées dans les liquides nettoyants ou de l'eau..
2. Toujours travailler sur une surface propre. Eviter l'utilisation de marqueurs, stylos à encre, d'acétone, de iodine ou autres agents colorants et ne pas mettre le bassin sur du papier journal ce qui risquerait de le tacher.
3. Pour garantir une certaine longévité, chaque bassin et chaque module doivent être nettoyés à la fin de chaque session de formation et un contrôle général doit être effectué régulièrement.
4. Les modules et toutes les autres pièces détachées doivent être vidangés et séchés à l'air correctement avant d'être rangés et désinfectés si nécessaire. Après utilisation de coussinets d'injection (n'utiliser que de l'eau), l'eau accumulée doit être exprimée. **Ne pas ranger de coussinets de mousse humides dans la peau.** Pour empêcher la moisissure ou la rouille, les coussinets peuvent être trempés dans une solution douce de désinfectant et d'eau ou d'eau et de décolorant. Exprimer la solution en excédant des coussinets, les laisser sécher, puis les ranger ou les réinsérer dans le bassin.
5. Mettre un peu de talc sur les pièces servant à l'articulation avant les sessions de formation.
   Ranger les pièces correctement entre chaque session de formation.

Garantie

Laerdal Medical accorde à ses clients une garantie pièces et main d'œuvre pour ses produits pendant une (1) année à partir de la date d'achat par l'utilisateur initial. Pendant cette période d'un (1) an, Laerdal Medical, à réception d'un produit reconnu défectueux par l'acheteur au niveau du matériel ou de la façon, et sur notification par écrit de ce défaut, choisira de réparer ou de remplacer les pièces reconnues défectueuses ou l'ensemble du produit. La réparation ou le replacement du produit d'origine n'implique pas un renouvellement de la période de garantie.

Les produits reconnus défectueux et la notification des défauts peuvent également être envoyés au revendeur agréé de Laerdal Medical chez qui le produit avait été acheté. Tous les frais de poste, d'expédition ou de manutention seront à la charge exclusive de l'acheteur
Laerdal Medical n'est responsable des conséquences en matière de sécurité, fiabilité et performances de son (ses) produit(s) que si :

– l'entretien, les réparations, les réglages ou les modifications sont effectués par Laerdal Medical ou des personnes agréées par Laerdal
– l'installation électrique de la pièce dans laquelle le produit est utilisé est conforme aux conditions requises par ce matériel.
– le produit est utilisé correctement, en stricte conformité avec son mode d'emploi.

Dans le cadre de cette garantie, Laerdal Medical ne sera pas responsable des dégâts accidentels ou indirects, ni des réparations ou des modifications effectuées ou tentées sans autorisation ni si le produit, ou une partie de celui-ci, a été détérioré à cause d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Cette garantie ne couvre pas les batteries, les fusibles, l'usure normale, l'utilisation excessive, la coloration, la décoloration ou autre irrégularité esthétique qui n'entrave pas et ne diminue pas les performances du produit.

Certains états des Etats-Unis ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dégâts accidentels ou indirects, il est donc possible que ces limitations ou exclusions ne vous concernent pas.

Il n'existe aucune autre garantie expresse ou tacite, que ce soit au niveau de la qualité marchande, de l'aptitude ou de l'objectif ou autre du produit, de ses pièces et accessoires.

Laerdal Medical Texas.
P.O. Box 38
226 F.M. 116 South
Gatesville, Texas, USA
76528-0038

Laerdal Medical France
1 rue des Vergers – Bât. 5B
69578 Limonest Cedex

Norvège: LAERDAL MEDICAL AS
P.O. Box 377, N-4002 Stavanger
Tel. +47 51 51 17 00, Fax +47 51 52 35 57
E-mail: laerdal.norway@laerdal.no

Australie: LAERDAL Pty. Ltd. (ABN 47 003 817 490)
23 Edward Street, Oakleigh, Victoria 3166
Tel. +61 3 9569 4055, Toll free 1800 331 565
Fax +61 3 9569 4028, Toll free 1800 635 835
E-mail: customer.service@laerdal.com.au

Benelux: "The Laerdal BeNeLux House"
Dijkstraat 54, NL-5554 PS VALKENSWAARD
Tel. +31 40 208 58 00, Fax +31 40 208 58 02
E-mail: laerdal.benelux@laerdal.nl

Benelux: Belgique et Luxembourg
LAERDAL BeNeLux NV
Mechelsesteenweg 277, B-1800 VILVOORDE
Tel. +32 2 253 36 96, Fax +32 2 253 36 90
E-Mail: info@laerdal.be

Canada et Amérique Latine :
LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.
151 Nashdene Rd., Unit #45
Toronto, ON, Canada, M1V 4C3
Tel. +1 (416) 298-9600,
Toll free 888/LAERDAL (523-7325)
ou en français (800) 567-9987
Fax +1 (416) 298-8016
E-mail: savelives@laerdal.ca

Danemark: LAERDAL DANMARK
Postbox 225, DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 80 333 112, Fax +45 80 333 555
E-mail: laerdal.denmark@laerdal.no

Europe de l'Est: LAERDAL C.E. EUROPE
A-1060 Vienna, Mariahilferstr. 1d/1/3
Tel - Fax +43 15877140, Tel. +43 15815927
E-mail: mstam@aon.at

Extrême Orient: LAERDAL Singapore Pte Ltd
No 1 Marine Parade Central
#13-05, Parkway Centre Singapore 449408
Tel. +65 63464259, Fax +65 63467523
E-mail: admin@laerdal.com.sg

Finlande: LAERDAL OY
Vattuniemenranta 2, 00210 HELSINKI
Puhelin +358 (0)9-612 99 80,
Telekopio +358 (0)9-692 77 99
E-mail: laerdal.finland@laerdal.no

France: LAERDAL MEDICAL FRANCE
1 rue des Vergers - Bâtiment n° 5 - 69578 Limonest Cedex
Tél. +33 (0)4 72 52 02 52, Fax +33 (0)4 78 35 38 45
E-mail: laerdal.france@laerdal.no

Allemagne: LAERDAL MEDICAL DEUTCHLAND GmbH
Am Loferfeld 56, 81249 München
Tel. +49 (0)89 / 864 954-0, Fax +49 (0)89 / 864 34 84
E-mail: info@laerdal.de

Italie: LAERDAL ITALIA s.r.l.
Via Piero Gobetti 52/2 int.Z, 40129 Bologna
Tel. +39 051-355587, Fax +39 051-355598
E-mail: laerdal.italia@laerdal.no.

Japon: LAERDAL MEDICAL JAPAN K..K..
Shinjuku IS Bldg.. 8F
2-13-12, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
Tel. 81-3-5919-2121, Fax: 81-3-5919-2122
E-mail: laerdal.japan@laerdal.co.jp

Malaisie: LAERDAL HOSPILINE Sdn Bhd
12 Jalan Titir 33/25, Section 33, Shah Alam Technology Park,
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,
Tel +60 (3) 5122-7002, Fax +60 (3) 5122-5650
E-mail: customer.service@Laerdal.com.my

Nouvelle Zélande: LAERDAL NEW ZEALAND Ltd
(GST Number 79-403-636)
PO Box 302664, North Harbour, Auckland 1330
Tel. +61 3 9564 4066, Toll free 0800 523 732
Fax +61 3 9563 3368, Toll free 0800 528 852
E-mail: customer.service@laerdal.co.nz

Portugal: LAERDAL ESPANA, Sucursal em Portugal
Rua da Bela Vista à Graca, no.31 A. Escritorio 9,
1170-054 Lisboa
Tel. (+351)-21-816-6567, Fax (+351)-21-816-6568,
Mob. (+351)-918765367

Espagne: LAERDAL ESPANA, S.L.
Manuel Tovar 19, 28034 Madrid
Tel. (+34) 902-291110, Fax (+34) (91)-7291125
E-mail: laerdal.spain@laerdal.no

Suède: LAERDAL MEDICAL AB
Box 2064, Paviljongvägen 3-5, 132 02 Saltsjö-Boo
Tel. +46 (0)8-55614610, Fax +46 (0)8-55614619
E-mail: Laerdal.sweden@laerdal.se

Royaume Uni: LAERDAL MEDICAL LTD.
Laerdal House, Goodmead Road, Orpington,
Kent BR6 0HX
Tel. +44 (0)1689 876634, Fax +44 (0)1689 873800
E-mail: customer.service@laerdal.co.uk

USA
LAERDAL MEDICAL CORPORATION
167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840
Wappingers Falls, New York 12590-8840
Tel. (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770
Fax (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545
E-mail: customerservice@laerdal.com

LAERDAL TEXAS
P.O. Box 38, 226 FM 116 South
Gatesville, Texas 76528-0038
Tel. (800) 433-5539, (254) 865-7221
Telefax (254) 865-8011
E-mail: services@mpltx.com